



EDITAL 001/2015

CONVÊNIO
807814/2015

DESERTA.

ULTRASSOM/CARRINHO DE
ANESTESIA.

conv. 807814/2014

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA SICONV Nº 001/2015

A Fundação São Carlos, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 02.877.511/0001-11, com sede na Rua Cirilo Maciel, nº 222 Centro, Lagoa da Prata-MG CEP: 35.590-000, neste ato representado por seu Presidente, Jose Liberio de Melo, através do Convênio nº 807814/2014 firmado com o Ministério da Saúde. Torna público, a Cotação prévia de preço para Aquisição de equipamentos hospitalares. A presente Cotação Prévia de Preços será regida pelo Decreto 6.170 de 25 de julho de 2007, pela Portaria interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011 e suas alterações, cuja proposta de preço serão recebidas até 21 de novembro de 2015.

As condições, quantidades e exigências da presente cotação estão definidas no Edital 001/2015. Os interessados em particular da presente Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica Via Siconv, poderão acessar a íntegra do Edital 001/2015 no site WWW.convênios.gov.br acessando o link: Acesso livre, Cotação Previa de preços.

Lagoa da Prata, 10 de novembro de 2015.



Comissão Permanente de Licitações



HOSPITAL SÃO CARLOS

Edital 001/2015

Cotação Prévia de Preço nº 001/2015

Convênio nº 807814/2014

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Data do Início do Acolhimento das Propostas: 11/11/2015

Data Fim do Recebimento das Propostas: 21/11/2015

A Fundação São Carlos, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 02.877.511/0001-11, com sede na Rua Cirilo Maciel, nº 222 Centro, Lagoa da Prata-MG CEP: 35.590-000, neste ato representado por seu Presidente, Jose Liberio de Melo, através do Convênio nº 807814/2014 firmado com o Ministério da Saúde. Torna público, a Cotação prévia de preço para Aquisição de equipamentos e materiais permanentes. A presente Cotação Prévia de Preços será regida pelo Decreto 6.170 de 25 de julho de 2007, pela Portaria interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011 e suas alterações, cuja proposta de preço serão recebidas até 21 de novembro de 2015.

1. DO OBJETO:

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes especificados no item 4 deste Edital para Bloco Cirúrgico e Centro de Imagem do Hospital São Carlos.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição visa cumprir o objeto do Convênio nº 807814/2014, conforme consta no Plano de Trabalho que o acompanham, celebrado entre o Ministério da Saúde e Fundação São Carlos.

3. DA ENTREGA DA PROPOSTA


3.1 A Proposta deverá ser digitada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conter data, nome ou razão Social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e e-mail. Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa com identificação do CPF. Todos os valores da Proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a 10 dias.

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11/11/2015



ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
01	Aparelho de Anestesia	01
	ESPECIFICAÇÃO	
<p>Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos.</p> <p>Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores.</p> <p>Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O).</p> <p>Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados.</p> <p>Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada.</p> <p>Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado.</p> <p>Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida.</p> <p>Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea.</p> <p>Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória (todos os controles devem possuir faixas de ajustes necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos).</p> <p>Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume.</p> <p>Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador.</p> <p>Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos.</p> <p>Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 (dois) Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 (dois) circuitos pacientes completos adultos, 02 (dois) pediátricos e (02) neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento.</p> <p>Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>		
ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE



libj-s
Nota
D. cmv. 5075/10/2014



02	Ultrassom Diagnóstico	01
	ESPECIFICAÇÃO	
<p>Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vasculares, de mama, pequenas partes, músculo esquelético com as seguintes características técnicas mínimas: O sistema deve oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Modo 3D. Modo 2D; FSI, SRF, zoom Read/Write; Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear; Imagem Harmônica: função com aplicação nos transdutores convexos, e lineares; Imagem Harmônica de Pulso Invertido; Harmônica de Pulso Invertido para estruturas que estão em movimento; Modo M;</p>		

4.1 Os equipamentos e materiais permanentes objetos desta cotação devem ser novos. Em hipótese alguma serão aceitos equipamentos usados ou reconicionados.

5. DA LEGISLAÇÃO:

5.1 A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto nº 6170 de 25 de julho de 2007, pela Portaria Interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011 e suas alterações.

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

A Contratada fará a entrega dos equipamentos e materiais permanentes em até 10 (dez) dias da assinatura do instrumento contratual no endereço da Contratante.

7. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

A assinatura do instrumento contratual dar-se -á em até dois dias após a homologação do processo em apreço.

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Contrato ou Estatuto Social, devidamente registrado e alterações posteriores, se houver;
- Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal pela instituição;
- Certidão Negativa de débitos junto ao INSS;
- Certidão Negativa de débitos junto ao FGTS;



Handwritten signature
11/07/2014



apresentados, podendo ser cancelado o credenciamento da empresa se verificada alguma irregularidade na documentação ou nas informações apresentadas.

11.3 A participação no processo de seleção importa na aceitação integral e irretratável das normas contidas neste documento.

11.4 A Entidade poderá revogar ou anular a presente cotação, em decisão motivada, sem que caiba qualquer indenização aos candidatos.

Lagoa da Prata, 10 de novembro de 2015



Comissão Permanente de Licitações




Prof. ... 14/11/2015